

Declaración de Conformidad

(según Directiva Europea 94/9/CE (ATEX))

Conformity Declaration

(according to European Directive 94/9/EC (ATEX))

Fabricante: TECFLUID S.A.
Manufacturer: Narcís Monturiol, 33
E 08960 Sant Just Desvern

Tipo de Equipo: Medidor de caudal
Type of Instrument: Flowmeter

Modelo:
Series: M21-AMD

Normas armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:
Harmonized standards applied to designing and manufacture:

EN 50014:1999, EN 50020:2003

Normas no armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:
Not harmonized standards applied to designing and manufacture:

Tipo de certificación:

El equipo M21-AMD contiene en su interior un detector inductivo de la marca Pepperl & Fuchs GmbH, modelo SJ3,5N, con certificado PTB 99 ATEX 2219 X, y cuyo marcado EEx es:

 2G EEx ia IIC T6

Por ser un aparato de seguridad intrínseca en un envolvente IP65, puede ser instalado en zona clasificada según el marcado del detector.

Type of Certification:

The device M21-AMD has inside an inductive detector from Pepperl & Fuchs GmbH, model SJ3,5N with certificate PTB 99 ATEX 2219 X, and whose EEx marking is:

 2G EEx ia IIC T6

Since it is an intrinsically safe device inside an IP65 housing, it can be installed in a classified zone according to the detector marking.

Características:

Temperatura ambiente máxima: 40 °C


Characteristics:

Maximum ambient Temperature: 40 °C

En Sant Just Desvern
Place:

Fecha: 12 de Marzo de 2009
Date: March 12, 2009

Cargo:
Position:


(firma) (Signature)

Jordi Picazo Navalón
(Nombre) (Full Name)

Gerente
Managing director