

Declaración de Conformidad

(según Directiva Europea 94/9/CE (ATEX))

Conformity Declaration

(according to European Directive 94/9/EC (ATEX))

Fabricante: TECFLUID S.A.
Manufacturer: Narcís Monturiol, 33
E 08960 Sant Just Desvern

Tipo de Equipo: Medidor de caudal
Type of Instrument: Flowmeter

Modelo:
Series: PT, PTM, PS, PSM

Normas armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:
Harmonized standards applied to designing and manufacture:

EN 13463-1:2003, prEN 13463-4

Normas no armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:
Not harmonized standards applied to designing and manufacture:

Tipo de certificación:

Este equipo se considera fuera del ámbito de la Directiva según la norma prEN 13463-4, apartado 5.2.1.1, ya que los niveles de energía y velocidad están por debajo de los límites que pueden producir una ignición. Por lo tanto, no requiere certificación de un organismo notificado y no necesita ser marcado en conformidad con la directiva ATEX.

Type of Certification:

This device is considered to be outside the scope of the Directive according to prEN 13463-4 standard, clause 5.2.1.1, given that the levels of energy and speed are below the limits that could produce an ignition. Therefore it doesn't require certification by a notified body or marking in conformity with the ATEX directive.

Características:

Temperatura ambiente máxima: 40 °C

Characteristics:

Maximum ambient Temperature: 40 °C



En Sant Just Desvern
Place:

(firma) (Signature)

Fecha: 9 de Junio de 2006
Date: June 9, 2006

Lorenzo Rubio Pradas
(Nombre) (Full Name)

Cargo:
Position:

Responsable R+D Mecánica
Mechanical R+D Manager